УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
(должность)

ООО "АВ ТРАСТ"
(организация)

Якимович Андрей Викторович
(Ф.И.О.)

13.08.2026
(подпись)
(дата)

Инструкция по применению
№STM-004

Стол медицинский ARTINOX™

1 Справочная информация

1.1 Заявление о правах на интеллектуальную собственность

ЧУП "Артинокс" (далее – производитель) является разработчиком и производителем медицинского изделия «**Стол медицинский ARTINOX™»** (далее – изделие) и обладает правами на интеллектуальную собственность в отношении изделия и инструкции по применению.

и являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащим производителю.

1.2 Предупреждающие сообщения

Символ	Значение
	Внимание! Потенциально опасные ситуации или небезопасные действия, которые могут привести к повреждениям изделия или травмам пользователей
	Примечание: Рекомендации по правильному использованию изделия и/или другие полезные сведения.

1.3 Ответственность производителя

Предполагается, что вся информация, содержащаяся в настоящей инструкции, не содержит ошибок. Производитель несет ответственность за безопасность, надежность и рабочие характеристики изделия только в том случае, если:

- все действия по установке, изменению, модификации, а также ремонтные работы аппарата выполняются уполномоченным техническим персоналом производителя;
- изделие используется в соответствии с настоящей инструкцией.

1.4 Гарантия

Настоящая гарантия является исключительной и применяется вместо всех прочих гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии товарной пригодности или пригодности для использования по назначению.

1.4.1 Освобождение от ответственности

Согласно настоящей гарантии, обязательства или ответственность производителя не включают в себя ответственность за прямые, косвенные или случайные убытки или задержки, вызванные ненадлежащим использованием изделия или использованием изделий, не рекомендованных к применению производителем, а также ремонтными работами, выполненными лицами, не относящимися к квалифицированному техническому персоналу.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- повреждение или неисправность, обусловленные ненадлежащим использованием изделия или неправильными действиями пользователя;
- повреждение или неисправность, обусловленные форс-мажорными обстоятельствами, такими как пожар или землетрясение;
- неисправность или повреждение в результате выполнения ремонтных работ неквалифицированным или не имеющим полномочий обслуживающим персоналом;
- прочие неполадки, не обусловленные самим изделием или его частью.

1.4.2 Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями, а также правил эксплуатации, приведённых в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня продажи.

Срок эксплуатации: 8 лет

За механические повреждения изделия, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, производитель ответственности не несёт.

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за изделием, претензии не принимаются.

2 Контактная информация

2.1 Производитель (разработчик):

Наименование	:	Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Артинокс» (ЧУП "Артинокс")
Юридический адрес	:	223070, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с, д.14, район д. Михановичи.
Данные для направления рекламаций:		
Телефон		+375(44)7007744, +375(17)5415231
E-mail		artinox@mail.ru

2.2 Места производства:


Площадка №	**:**	**1**
Наименование	:	Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Артинокс» (ЧУП "Артинокс")
Фактический адрес	:	223070, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с, д. 14, район д. Михановичи
Площадка №	**:**	**2**
Наименование	:	Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Артинокс» (ЧУП "Артинокс")
Фактический адрес	:	220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Смоленская, 52
Площадка №	**:**	**3**
Наименование	:	Общество с дополнительной ответственностью «Аркодор» (ОДО «Аркодор»)
Фактический адрес	:	220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Смоленская, 52

2.3 Уполномоченный представитель:

Наименование	:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ ТРАСТ" (ООО "АВ ТРАСТ")
Юридический адрес	:	214013, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Матросова, д. 9, офис D1
Данные для направления рекламаций:		
Телефон		+7 9156396384,
E-mail		Trastav@gmail.com

3 Меры предосторожности

3.1 Символы, применяемые на маркировке и изделии

Символ	*Наименование символа*
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Медицинское изделие
	Не допускать воздействия влаги
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Верх
	Логотип производителя

3.2 Меры предосторожности при применении

Соблюдение приведённых ниже мер предосторожности обязательно на всех этапах обращения с изделием. Несоблюдение требований может привести к травмам пациентов и медицинского персонала, а также к повреждению изделия.

	Общие требования перед использованием ➢ Эксплуатируйте изделие только по назначению, указанному в эксплуатационной документации. ➢ Установите изделие на ровную, твёрдую и устойчивую поверхность, соответствующую условиям эксплуатации (помещение медицинской организации, допустимые типы напольного покрытия и т.п.). ➢ Перед каждым использованием выполняйте краткий визуальный осмотр: • отсутствие трещин, деформаций, выраженной коррозии несущих элементов; • целостность рабочих поверхностей и обивки; • отсутствие ослабленного или отсутствующего крепежа; • исправность подвижных и фиксирующих элементов (при их наличии). При обнаружении дефектов, способных повлиять на безопасность пациента или персонала, эксплуатация изделия не допускается до выявления и устранения причин.
	Нагрузки ➢ Не превышайте максимально допустимую нагрузку, указанную изготовителем. При расчёте учитывайте суммарную массу пациента и/или размещаемого оборудования. ➢ Размещайте пациента, оборудование или материалы в соответствии с назначением и конструкцией изделия, равномерно распределяя массу и избегая чрезмерного смещения к краям или в одну зону. ➢ Не используйте изделие как подмостки, подставку для подъёма, подставку для тяжёлого оборудования, сиденье для персонала или иные функции, не предусмотренные эксплуатационной документацией.
	Использование подвижных, регулируемых и фиксирующих элементов (применимо к моделям изделия, имеющим регулируемые/подвижные узлы) ➢ Перед началом эксплуатации убедитесь в корректной работе подвижных и регулируемых узлов (механизмы перемещения, регулировки положения, фиксации). ➢ Фиксирующие элементы должны быть чётко переведены в требуемое положение (включено/выключено, зафиксировано/отпущено) и надёжно удерживаться в нём. ➢ Не допускается эксплуатация изделия с частично включёнными или заведомо неисправными фиксирующими устройствами. ➢ Не используйте элементы мебели как опорные конструкции для подъёма, подтягивания или перемещения пациента/персонала.
	Перемещение изделия (актуально для изделий на колёсных опорах) ➢ Перемещайте изделие с контролируемой скоростью, избегая резких рывков, ускорений и торможений. ➢ Особое внимание уделяйте преодолению порогов, стыков, уклонов и неровностей: • снижайте скорость перед препятствием; • избегайте частичного размещения опор на разных уровнях; • не используйте изделие на лестничных маршах, если это не предусмотрено конструкцией и документацией. ➢ При временной остановке и проведении любых манипуляций включайте предусмотренные конструкцией тормозные или фиксирующие устройства.

	Очистка, дезинфекция и условия среды ➢ Выполняйте очистку и дезинфекцию изделия в соответствии с эксплуатационной документацией и локальными нормативными документами медицинской организации. ➢ Используйте только те средства, методы и режимы обработки (концентрация, время экспозиции, кратность), которые указаны производителем и разрешены к применению для данного типа изделий. ➢ Избегайте применения абразивных материалов, агрессивных химических веществ и растворителей, не рекомендованных изготовителем, чтобы не повредить покрытия и материалы. ➢ После обработки удаляйте остатки дезинфицирующих и моющих средств, при необходимости промывая поверхности водой и высушивая изделие перед хранением или последующим использованием. ➢ Соблюдайте установленные изготовителем диапазоны температуры и влажности при эксплуатации, хранении и транспортировании. Избегайте воздействия конденсата, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и агрессивных сред, если иное не предусмотрено документацией.
	Техническое обслуживание и ремонт ➢ Регулярно проводите осмотр изделия на наличие признаков износа, коррозии, деформаций, ослабления крепёжных элементов и ухудшения работы подвижных узлов. ➢ При выявлении дефектов, влияющих на безопасность, немедленно выведите изделие из эксплуатации до проведения оценки технического состояния и ремонта. ➢ Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия, установка нештатных комплектующих и проведение ремонтных работ, не предусмотренных эксплуатационной документацией. Ремонт ответственных узлов должен выполняться уполномоченным персоналом в соответствии с требованиями изготовителя. ➢ Соблюдайте установленный изготовителем срок службы изделия и критерии предельного состояния. По достижении срока службы или при наличии признаков предельного состояния изделие подлежит оценке технического состояния и, при необходимости, выводу из эксплуатации и утилизации.
	Обучение и организационные аспекты ➢ К работе с изделием допускается только персонал, прошедший обучение и ознакомленный с эксплуатационной документацией, локальными инструкциями по обращению с изделием, а также мерами по инфекционной и общей безопасности. ➢ Рекомендуется проводить регулярные инструктажи по: • безопасному использованию изделия; • правильному выполнению очистки и дезинфекции; • действиям при обнаружении неисправностей и нештатных ситуаций. ➢ Рекомендуется документировать обучение (инструктаж) персонала в соответствии с внутренними процедурами медицинской организации.

3.3 Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

	Эксплуатация	Хранение	Транспортировка
Температура, ºС	от + 10 до + 35	от + 5 до + 40	от – 50 до + 50
Относительная влажность, %	до 80 при + 25 ºС	от 45 до 75	до 80 при + 25 ºС

- Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
  При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.
  При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
- Воздух помещения при хранении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

4 Общая информация об изделии

4.1 Наименование медицинского изделия

Стол медицинский ARTINOX™

Комплектацию изделия указана в разделе 15.

4.2 Классификация медицинского изделия

Класс риска	:	1
Стерильность	:	Нестерильные изделия для многократного применения, устойчивые к дезинфекции. Нестерильные, стерилизации не подлежат.
Контакт по ГОСТ ISO 10993-1-2021:	:	AR-L01, AR-L01N, AR-L02, AR-L03, AR-L04, AR-L11, AR-L13, AR-L18, AR-L31, AR-L31-1, AR-L32, AR-L34, AR-L35, AR-L41, AR-L42, AR-L43, AR-L44: Кратковременный контакт с поверхностью неповрежденной кожи Все остальные изделия не контактируют с пациентом.

Изделия являются изделиями многократного применения. Повторное применение разрешены.
Изделие не содержит в своем составе материалов животного или человеческого происхождения, биологических материалов, лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

5 Назначение и область применения

5.1 Назначение изделия

Изделие предназначено для организации рабочих мест медперсонала, безопасного размещения, хранения, сортировки и транспортировки медицинских инструментов, материалов и оборудования, а также для проведения лечебных, диагностических, гигиенических и профилактических процедур с целью обеспечения качественного и безопасного оказания медицинской помощи при обязательной возможности лёгкой дезинфекции.

5.2 Область применения

- анестезиология и реаниматология
- гистология
- стоматология
- терапия
- травматология и ортопедия
- физиотерапия
- хирургия
- челюстно-лицевая хирургия
- эндоскопия
- лабораторная диагностика
- патологическая анатомия
- функциональная диагностика

5.3 Условия применения

Больница, здравоохранительное учреждение.

5.4 Принцип действия

Принцип действия изделия основан на следующих конструктивных и функциональных признаках:

- Жёсткая несущая рама и платформенная конструкция обеспечивают равномерное распределение нагрузки и высокую статическую прочность, предотвращая деформацию при размещении медицинского оборудования, инструментов.
- Рабочие поверхности столешниц, полок и ящиков выполнены из материалов, устойчивых к дезинфекции и легко поддающихся очистке, что обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований и снижение риска перекрёстного инфицирования.
- Наличие выдвижных ящиков, тумб, полок и (при наличии) съёмных модулей позволяет адаптировать изделие под функциональные задачи (хранение, сортировка, подготовка к процедурам), обеспечивая удобный и быстрый доступ к медицинским инструментам и материалам.
- Колёсная база (для мобильных моделей) с тормозными механизмами обеспечивает манёвренность в условиях медицинского учреждения и надёжную фиксацию столов/столиков на месте при проведении манипуляций.
- Регулировка высоты столешницы (для регулируемых моделей) и эргономичное расположение рабочих поверхностей снижают физическую нагрузку на медицинский персонал и повышают удобство.
- Конструктивные решения, обеспечивающие лёгкий доступ к поверхностям (открытые полки, гладкие поверхности без труднодоступных зон), способствуют быстрой подготовке изделия к дезинфекции и повторному использованию.

Таким образом, изделие функционирует как прочная, легко очищаемая и при необходимости мобильная рабочая платформа для безопасного размещения, хранения, сортировки и подготовки медицинских инструментов, материалов, оборудования, обеспечивая требования эргономики, санитарии и безопасности.

5.5 Потенциальный пользователь

Изделие предназначено для использования врачами, средним и младшим медицинским персоналом медицинских организаций.

Пациенты и их законные представители изделием самостоятельно не пользуются и не рассматриваются как операторы изделия.

Пользователь должен иметь соответствующую профессиональную подготовку, быть ознакомлен с эксплуатационной документацией и локальными инструкциями учреждения по безопасной транспортировке и инфекционной безопасности.

5.6 Показания к применению

Тип стола	Показания к применению
Стол гипсовочный с мойкой	Изделие применяется: • для размещения гипсовых бинтов, порошков, ёмкостей, инструментов и иных принадлежностей, используемых при изготовлении и наложении гипсовых повязок и ортопедических изделий; • для подготовки гипсовых смесей, мойки рук и вспомогательных принадлежностей с использованием проточной воды в объёме, предусмотренном локальными актами медицинской организации; • для временного размещения форм, заготовок и гипсовых изделий в процессе их изготовления и твердения; • для временного размещения и сортировки гипсовых отходов до их передачи на утилизацию в установленном порядке; • в ситуациях, когда требуется возможность регулярной очистки и дезинфекции рабочих, контактных поверхностей и мойки.
Стол медицинский	Изделие применяется: • для организации стационарного рабочего места врача или медицинского персонала при приёме пациентов, консультациях, осмотрах и проведении медицинских манипуляций; • для размещения, хранения и упорядочивания медицинских инструментов, перевязочных средств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и принадлежностей, не требующих специальных условий хранения; • для сортировки и подготовки медицинских изделий и материалов к лечебным, диагностическим, профилактическим или гигиеническим процедурам; • для временного размещения необходимого оборудования и принадлежностей в процессе работы; • в ситуациях, когда требуется возможность санитарной обработки и дезинфекции поверхностей изделия.
Стол с мойкой Стол с двумя мойками	Изделие применяется: • для гигиенической и санитарной обработки рук медицинского персонала с использованием проточной воды, моющих и (или) дезинфицирующих средств; • для выполнения вспомогательных операций по мойке и ополаскиванию нестерильных медицинских принадлежностей в объёме, установленном локальными актами медицинской организации; • для размещения средств гигиены рук, моющих средств и принадлежностей, используемых в текущий период работы; • для временного размещения медицинских изделий и расходных материалов на рабочей поверхности, не требующих специальных условий хранения; • в ситуациях, когда требуется совмещение рабочей поверхности и узла для обработки рук при возможности дезинфекции всех доступных контактных поверхностей..
Стол анестезиолога	Изделие применяется: • для организации рабочего пространства анестезиолога при проведении анестезии, интенсивной терапии и мониторинге состояния пациента; • для размещения комплектов медицинских изделий, инструментов, расходных материалов и принадлежностей, используемых при проведении анестезиологического пособия и не требующих специальных условий хранения; • для временного размещения лекарственных препаратов в оригинальной упаковке производителя на период подготовки и проведения анестезии; • для сортировки и обеспечения быстрого доступа к материалам, необходимым при проведении анестезии и оказании неотложной помощи; • в ситуациях, когда требуется возможность дезинфекции всех доступных поверхностей между использованием у разных пациентов.
Стол на колесах Столик инструментальный Стол операционный (Боброва)	Изделие применяется • для размещения, хранения, сортировки и подготовки медицинских инструментов, перевязочных средств, расходных материалов и принадлежностей, не требующих специальных условий хранения; • для временного размещения комплектов инструментов и материалов, подготовленных к проведению медицинских манипуляций; • для оперативного перемещения инструментов, материалов и принадлежностей между рабочими зонами, кабинетами, процедурными, перевязочными, операционными, диагностическими и иными помещениями медицинской организации; • для размещения необходимых инструментов и материалов непосредственно в зоне проведения медицинских манипуляций; • для обеспечения быстрого доступа медицинского персонала к необходимым инструментам и принадлежностям после фиксации колёсных опор тормозными устройствами; • в ситуациях, когда требуется возможность регулярной очистки, санитарной обработки и дезинфекции всех доступных поверхностей изделия.

5.7 Противопоказания

- Не использовать изделие не по назначению.
- При эксплуатации изделия не допускается превышать допустимые нагрузки.

5.8 Побочные эффекты

- При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно эксплуатационной документации – побочные действия отсутствуют.

6 Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ:	±10%	–	неуказанный допуск параметров
	«от ... до ...»	–	указывает на возможность регулировки определённого параметра изделия (например, высоты, длины), если такая функция предусмотрена конструкцией.
Сокращения параметров	ТП	–	труба профильная
	НС	–	нержавеющая сталь
	УС	–	углеродистая сталь
	БП	–	без покрытия
	КПЭП	–	краска порошковая эпоксидно-полиэфирная Цвет: RAL 1000, RAL 1001, RAL 1002, RAL 1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 1007, RAL 1011, RAL 1012, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 1016, RAL 1017, RAL 1018, RAL 1019, RAL 1020, RAL 1021, RAL 1023, RAL 1024, RAL 1027, RAL 1028, RAL 1032, RAL 1033, RAL 1034, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2001, RAL 2002, RAL 2003, RAL 2004, RAL 2008, RAL 2009, RAL 2010, RAL 2011, RAL 2012, RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, RAL 3005, RAL 3007, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3012, RAL 3013, RAL 3014, RAL 3015, RAL 3016, RAL 3017, RAL 3018, RAL 3020, RAL 3022, RAL 3027, RAL 3028, RAL 3031, RAL 4001, RAL 4002, RAL 4003, RAL 4004, RAL 4005, RAL 4006, RAL 4007, RAL 4008, RAL 4009, RAL 4010, RAL 5000, RAL 5001, RAL 5002, RAL 5003, RAL 5004, RAL 5005, RAL 5007, RAL 5008, RAL 5009, RAL 5010, RAL 5011, RAL 5012, RAL 5013, RAL 5014, RAL 5015, RAL 5017, RAL 5018, RAL 5019, RAL 5020, RAL 5021, RAL 5022, RAL 5023, RAL 5024, RAL 6000, RAL 6001, RAL 6002, RAL 6003, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6006, RAL 6007, RAL 6008, RAL 6009, RAL 6010, RAL 6011, RAL 6012, RAL 6013, RAL 6014, RAL 6015, RAL 6016, RAL 6017, RAL 6018, RAL 6019, RAL 6020, RAL 6021, RAL 6022, RAL 6024, RAL 6025, RAL 6026, RAL 6027, RAL 6028, RAL 6029, RAL 6032, RAL 6033, RAL 6034, RAL 6037, RAL 7000, RAL 7001, RAL 7002, RAL 7003, RAL 7004, RAL 7005, RAL 7006, RAL 7008, RAL 7009, RAL 7010, RAL 7011, RAL 7012, RAL 7013, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7022, RAL 7023, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7030, RAL 7031, RAL 7032, RAL 7033, RAL 7034, RAL 7035, RAL 7036, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7039, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7043, RAL 7044, RAL 7045, RAL 7046, RAL 7047, RAL 8000, RAL 8001, RAL 8002, RAL 8003, RAL 8004, RAL 8007, RAL 8008, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8022, RAL 8023, RAL 8024, RAL 8025, RAL 8028, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9011, RAL 9016, RAL 9017, RAL 9018.
	ПФ	–	постформинг
	ЛДСП	–	ламинированная древесно-стружечная плита
	Ст.	–	стекло
Сокращения параметров	Вб	–	высота бортика
	Вобщ.	–	высота общая
	Вст.	–	высота стола
	Вф	–	высота фасада
	Г	–	глубина
	⌀	–	диаметр
	Др	–	диапазон регулировки
	Д	–	длина
	Т	–	толщина
	Ш	–	ширина

6.1 Стол медицинский


AR-E06


AR-E06-1


AR-L01


AR-L01-1


AR-L01N


AR-L01N-1

AR-E06, AR-E06-1, AR-L01, AR-L01-1, AR-L01N, AR-L01N-1: технические параметры

Параметр	**AR-E06**	AR-E06-1	**AR-L01**	AR-L01-1	**AR-L01N**	AR-L01N-1
❖ **Материалы**						
каркас	УС	НС	УС	НС	УС	НС
столешница	НС	НС	ПФ, Ст.	НС	ПФ	НС
ящик	УС	НС	—	—	—	—
полка	—	—	УС	НС	УС	НС
дверь	УС	НС	УС	НС	УС	НС
стеллаж	—	—	—	—	УС	НС
мойка / гипсоотстойник	НС	НС	—	—	—	—
покрытие	КПЭП	БП	КПЭП	БП	КПЭП	БП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×Вст./Вобщ.	100×60×90	100×60×90	160×60×90	160×60×90	160×60×90/183	160×60×90/183
каркас, Т	0,12	0,08	0,12	0,08	0,12	0,08
столешница, Д×Ш×Т×Вб	100×60×1,7×2	100×60×1,7×2	160×60×2,6× 2	160×60×1,7×2	160×60×2,6×2	160×60×1,7×2
тумба, Ш×Г×В	—	—	2 шт.: 50×50×88,3	2 шт.: 50×50×88,3	2 шт.: 50×50×88,3	2 шт.: 50×50×88,3
приемное отверстие для отходов гипса, ⌀ или Д×Ш	⌀20,8	24,3×18	—	—	—	—
гипсоотстойник , Ш×Г×В	Трехсекционный с крышкой. 39,8×39,8×28,1	Трехсекционный с крышкой. 39,8×39,8×28,1	—	—	—	—
мойка, Ш×Г×В	49×49×16	49×49×16	—	—	—	—
смеситель, В×⌀	локтевой: 18,8×5	локтевой: 18,8×5	—	—	—	—
ящик, Ш×Г×В×Вф (сверху вниз)	1 шт.: 41,6×43×18×23,5 1 шт.: 38×27×28×49	1шт.: 44,7×43×18×22,1 1 шт.: 38×27×28×53,2	—	—	—	—
дверь, Ш×В×Т	1 шт., распашная: 46×72,5×1,3	1 шт., распашная: 49,5×75,6×1,3	2 шт., распашные: 45×72,5×1,3	2 шт., распашные: 49,5×77×1,3	2 шт., распашные: 45×72,5×1,3	2 шт., распашные: 49,5×77×1,3
полка, Ш×Г×Т×Вб	—	—	4 шт., металл: 42,2×48×0,15×2	4 шт., металл: 45,7×48×0,08×1,5	4 шт., металл: 42,2×48×0,15×2	4 шт., металл : 45,7×48×0,08×1,5
ручка-скоба, Д×В×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В, см	101×61×91	101×61×91	162×61×91	162×61×91	162×61×193	162×61×193
❖ **Масса, кг:**						
изделие	56,6	56,6	65	65	70	70
брутто, не более	62	62	70	70	75	75
❖ **Устанавливается на (см)**						
опоры регулируемые, В×⌀×Др	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 9,7×5,1×3	8 шт.: 2,1×2,3×2	8 шт.: 9,7×5,1×3	8 шт.: 2,1×2,3×2	8 шт.: 9,7×5,1×3
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
изделие	60	60	60	60	60	60
мойка	20	20	—	—	—	—
дверь	3	3	3	3	3	3
ящик	21	21	—	—	—	—
полка	—	—	15	15	15	15
стеллаж	—	—	—	—	10	10
❖ **Усилия, Н (кгс):**						
выдвигания ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	—	—	—


AR-L02


AR-L02-1


AR-L02N


AR-L02N-1


AR-L03


AR-L03N

AR-L02, AR-L02-1, AR-L02N, AR-L02N-1, AR-L03, AR-L03N: технические параметры

Параметр	**AR-L02**	AR-L02-1	**AR-L02N**	AR-L02N-1	**AR-L03**	AR-L03N
❖ **Материалы**						
каркас	УС	НС	НС	НС	УС	УС
столешница	ПФ, Ст.	НС	НС	НС	ПФ	ПФ
ящик	УС	НС	НС	НС	УС	УС
полка	УС	НС	—	—	УС	УС
дверь	УС	НС	—	—	УС	УС
стеллаж	—	—	НС	НС	—	УС
мойка / гипсоотстойник	—	—	—	—	—	—
покрытие	КПЭП	БП	БП	БП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×Вст./Вобщ.	160×60×90	160×60×90	150×80×90/152	180×70×86/150	150×60×90	150×60×90/183
каркас, Т	0,12	0,08	0,08	0,08	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т×Вб	160×60×2,6×2	160×60×1,7×2	150×80×1,7×2	180×70×1,7×2	150×60×2,6× 2	150×60×2,6×2
тумба, Ш×Г×В	2 шт.: 50×50×88,3	2 шт.: 50×50×88,3	1 шт.: 50×73,3×88,3	1шт.: 50×63,3×84,3	2 шт.: 50×50×88,3	2 шт.: 50×50×88,3
ящик, Ш×Г×В×Вф (сверху вниз)	4 (3+1) 1-3: 41,6×43×6,7×12; 4: 41,6×43×30,7×36	4: 44,8×43×14×19,1	3: 44,6×43×18,2×25,8	3: 44,6×43×18×25	6 (2 + 3 + 1) 1-2: 41,6×43×5×6; 3-5: 41,6×43×6,7×12; 6: 41,6×43×18×23,5	6 (2 + 3 + 1) 1-2: 41,6×43×5×6; 3-5: 41,6×43×6,7×12; 6: 41,6×43×18×23,5
дверь, Ш×В×Т	1 шт., распашная: 45×72,5×1,3	1 шт., распашная: 49,5×77×1,3	—	—	1 шт., распашная: 45×72,5×1,3	1 шт., распашная: 45×72,5×1,3
полка, Ш×Г×Т×Вб	2 шт., металл: 42,2×48×0,15×2	2 шт., металл: 45,7×48×0,08×1,5	—	—	2 шт., металл: 42,2×48×0,15×2	2 шт., металл: 42,2×48×0,15×2
ручка-скоба, Д×В×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В, см	161×61×91	161×61×91	155×84×155	185×75×155	152×62×92	152×62×193
замок (опционально), шт.	–	–	–	–	–	1
❖ **Масса, кг:**						
изделие	79	79	96	96	88	91
брутто, не более	84	84	100	100	115	115
❖ **Устанавливается на (см)**						
опоры регулируемые, В×⌀×Др	8 шт.: 2,1×2,3×2	8 шт.: 9,7×5,1×3	6 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	8 шт.: 2,1×2,3×2	8 шт.: 2,1×2,3×2
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
изделие	60	60	60	60	60	60
мойка	—	—	—	—	—	—
дверь	3	3	—	—	3	3
ящик	20	20	20	20	20	20
полка	15	15	—	—	15	15
стеллаж	—	—	10	10	—	10
❖ **Усилия, Н (кгс):**						
выдвигания ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)


AR-L04


AR-L04N


AR-L05N


AR-L06N


AR-L06N-1

AR-L04, AR-L04N, AR-L05N, AR-L06N, AR-L06N-1: технические параметры

Параметр	AR-L04	AR-L04N	AR-L05N	AR-L06N	AR-L06N-1
❖ **Материалы**					
каркас	УС	УС	УС	НС	НС
столешница	ПФ, Ст.	ПФ	ПФ	НС	НС
ящик	УС	УС	УС	—	—
полка	УС	УС	УС	НС	НС
дверь	УС	УС	УС	—	—
стеллаж	—	УС	УС	—	—
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	БП	БП
❖ **Габаритные параметры, см**					
изделие, Д×Ш×Вст./Вобщ.	150×60×90	150×60×90/ 183	150×60×90/ 183	100×60×90	100×60×90
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,15	0,15
столешница, Д×Ш×Т×Вб	150×60×2,6×2	150×60×2,6×2	150×60×2,6×2	100×60×1,7×0	100×60×1,7×3
тумба, Ш×Г×В	2 шт.: 50×50×88,3	2 шт.: 50×50×88,3	2 шт.: 50×50×88,3	—	—
ящик, Ш×Г×В×Вф (сверху вниз)	5 (4 + 1ц): 1-3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×30,7×36 1ц: 41,6×43×6,7×12	5 (4 + 1ц): 1-3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×30,7×36 1ц: 41,6×43×6,7×12	6 (4 + 2ц) 1-3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×30,7×36 1-2ц: 41,6×43×5×6;	—	—
дверь, Ш×В×Т	1 шт., распашная: 45×72,5×1,3	1 шт., распашная: 45×72,5×1,3	1 шт., распашная: 45×72,5×1,3	—	—
полка, Ш×Г×Т×Вб	2 шт., металл: 42,2×48×0,15×2	2 шт., металл: 42,2×48×0,15×2	2 шт., металл: 42,2×48×0,15×2	82,8×51,8×1,7	82,8×51,8×1,7
ручка-скоба, Д×В×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	—	—
упаковка, Д×Ш×В	151×61×91	152×61×190	152×61×190	102×62×92	102×62×92
❖ **Масса, кг**					
изделие	86	95	95	25	25
брутто, не более	90	100	100	30	30
❖ **Устанавливается на (см)**					
опоры регулируемые, В×⌀×Др	8 шт.: 2,1×2,3×2	8 шт.: 2,1×2,3×2	8 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
❖ **Максимальная нагрузка, кг**					
изделие	60	60	60	60	60
ящик	20	20	20	—	—
полка	15	15	15	—	—
дверь	3	3	3	—	—
тумба	30	30	30	—	—
стеллаж	—	7	7	—	—
❖ **Усилия, Н (кгс)**					
выдвигания ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	—


AR-L06N-2


AR-L06N-3


AR-L10


AR-L10-1


AR-L11

AR-L06N-2, AR-L06N-3, AR-L10, AR-L10-1, AR-L11: технические параметры

Параметр	AR-L06N-2	AR-L06N-3	**AR-L10**	AR-L10-1	**AR-L11**
❖ **Материалы**					
каркас	НС	НС	НС	НС	УС
столешница	НС	НС	НС	НС	ПФ, Ст.
полка	НС	НС	—	—	УС
дверь	—	—	—	—	УС
покрытие	БП	БП	БП	БП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**					
изделие, Д×Ш×Вст./Вобщ.	150×60×90	150×60×90	90×60×90	150×60×90	100×60×90
каркас, Т	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12
столешница, Д×Ш×Т×Вб	150×60×1,7×0	150×60×1,7×3	90×60×1,7×0	150×60×1,7×0	100×60×2,6×2
дверь, Ш×В×Т	—	—	—	—	2 шт., распашные: 45×72,5×1,3
полка, Ш×Г×Т×Вб	132,8×51,8×1,7	132,8×51,8×1,7	—	—	4 шт., металл: 42,2×48×0,12×2
ручка-скоба, Д×В×Т	—	—	—	—	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	155×62×92	155×62×92	92×62×92	153×62×92	101×61×91
❖ **Масса, кг**					
изделие	30	30	25	30	58
брутто, не более	35	35	30	35	66
❖ **Устанавливается на (см)**					
опоры регулируемые, В×⌀×Др	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
❖ **Максимальная нагрузка, кг**					
изделие	60	60	60	60	60
полка	—	—	—	—	15
дверь	—	—	—	—	3



AR-L12



AR-L12-1



AR-L12 -2



AR-L12-3



AR-L12-4



AR-L13

AR-L12, AR-L12-1, AR-L12-2, AR-L12-3, AR-L12-4, AR-L13: технические параметры

Параметр	AR-L12	AR-L12-1	AR-L12-2	AR-L12-3	AR-L12-4	AR-L13
❖ **Материалы**						
каркас	НС	НС	НС	НС	НС	УС
столешница	НС	НС	НС	НС	НС	ПФ, Ст.
ящик, дверь	—	—	—	—	—	УС
полка	—	—	—	—	—	УС
покрытие	БП	БП	БП	БП	БП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×В	100×60×90	100×60×90	150×60×90	150×60×90	110×65×90	100×60×90
каркас, Т	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12
столешница, Д×Ш×Т×Вб	100×60×1,7×0	100×60×1,7×3	150×60×1,7×0	150×60×1,7×3	110×65×1,7×3	100×60×2,6×2
задняя стенка, В×Д	—	—	—	—	—	77,5×100
ящик, Ш×Г×В×Вф (сверху вниз)	—	—	—	—	—	6 (2 + 3 + 1) 1–2: 41,6×43×5×6 3–5: 41,6×43×6,7×12 6: 41,6×43×18×23,5
дверь, Ш×В×Т	—	—	—	—	—	1 шт., распашная: 45×72,5×1,3
полка, Д×Ш×Т×Вб	—	—	—	—	—	2 шт., металл: 42,2×48×0,12×2
ручка, Д×Ш×Т, см	—	—	—	—	—	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	101×61×91	101×61×91	151×61×91	151×61×91	114×68×95	101×61×91
❖ **Масса, кг**						
изделие	16	16	18	18	20	55
брутто, не более	20	20	22	22	23	60
❖ **Устанавливается на (см)**						
опоры регулируемые, В×⌀×Др	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
изделие	60	60	60	60	60	60
ящик	—	—	—	—	—	20
полка	—	—	—	—	—	15
дверь	—	—	—	—	—	3
❖ **Усилия, Н (кгс)**						
выдвигания ящика	—	—	—	—	—	не более 50 (5)


AR-L14


AR-L14-1


AR-L14-2


AR-L15


AR-L17


AR-L17-1

AR-L14, AR-L14-1, AR-L14-2, AR-L15, AR-L17, AR-L17-1: технические параметры

Параметр	AR-L14	AR-L14-1	AR-L14-2	AR-L15	AR-L17	AR-L17-1
❖ **Материалы**						
каркас	НС	НС	НС	НС	НС	НС
столешница	НС	НС	НС	НС	—	—
полка	—	—	—	—	НС	НС
мойка	НС	НС	НС	—	—	—
покрытие	БП	БП	БП	БП	БП	БП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×В	120×60×90	120×60×90	120×60×90	190×55×90	65×45×90	68×43×78
каркас, Т	0,17	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15
столешница, Д×Ш×Т×Вб	120×60×1,7× 2	120×60×1,7× 2	120×60×1,7× 2	190×55×1,7×0	—	—
мойка, Ш×Г×В	2 шт.: 49×49×16	2 шт.: 49×49×16	1 шт.: 49×49×16	—	—	—
смеситель, В×⌀	2 шт., локтевой: 18,8×5	—	—	—	—	—
полка, Д×Ш×Т×Вб	—	—	—	—	2 полки: 65×43,9×0,08×1,8	2 полки: 64×43×0,08×3
ручка, Д×Ш×Т, см	—	—	—	—	2 шт., для передвижения: 45×6,8×2	1 шт., для передвижения: 43×6,8×2
упаковка, Д×Ш×В	122×64×93	122×64×93	122×64×93	192×57×93	72×50×95	75×45×81
❖ **Масса, кг**						
изделие	21,5	21	20	30	14	15
брутто, не более	24	24	23	43	20	20
❖ **Устанавливается на (см)**						
опоры регулируемые, В×⌀×Др	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	—	—	—
колеса, Т×⌀	—	—	—	4 шт., (2 шт., с тормозом): 2,5×7,5	4 шт., (2 шт., с тормозом): 2,5×7,5	4 шт., (2 шт., с тормозом): 2,5×7,5
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
изделие	60	60	60	60	25	25
полка	—	—	—	—	25	25
мойка	20	20	20	—	—	—
❖ **Усилия, Н (кгс)**						
выдвигания ящика	—	—	—	—	—	—
трогания	—	—	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
включения блокировки	—	—	—	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)
перемещения при блокировке	—	—	—	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)


AR-L18


AR-L19


AR-L19-1


AR-L19-2


AR-L21


AR-L21N

AR-L18, AR-L19, AR-L19-1, AR-L19-2, AR-L21, AR-L21N,: технические параметры

Параметр	AR-L18	AR-L19	AR-L19-1	AR-L19-2	AR-L21	AR-L21N
❖ **Материалы**						
каркас	УС	НС	НС	НС	УС	УС
столешница	ПФ, Ст.	—	—	—	ПФ	ПФ
ящик	УС	—	—	—	—	—
полка	УС	НС	НС	НС	УС	УС
дверь	УС	—	—	—	УС	УС
тумба	—	—	—	—	УС	УС
стеллаж	—	—	—	—	—	УС
покрытие	КПЭП	БП	БП	БП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×Вст./Вобщ.	100×60×90	95×65×80	75×65×80	65×50×80	250×60×90	250×60×90/183
каркас, Т	0,12	0,08	0,08	0,08	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т×Вб	100×60×2,6×1	—	—	—	250×60×2,6×2	250×60×2,6×2
стеллаж, Д×Ш×В	—	—	—	—	—	249,8×25×93
тумба, Ш×Г×В	—	—	—	—	3 шт.: 50×50×88,3	3 шт.: 50×50×88,3
ящик, Ш×Г×В×Вф	2 (1+1) 1: 41,5×43×6,7×12,1 2: 41,5×43×19,5×24,5	—	—	—	—	—
дверь, Ш×В×Т	1 шт., распашная: 45×72,5×1,3	—	—	—	3 шт., распашная: 45×72,5×1,3	3 шт., распашная: 45×72,5×1,3
полка, Д×Ш×Т×Вб	2 шт.: 42,2×48×0,12×2	2 шт.: 91×65×0,08×3	2 шт.: 71×65×0,08×3	2 шт.: 61×50×0,08×3	6 шт.: 42,2×48×0,12×2	6 шт.: 42,2×48×0,12×2
ручка-скоба, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	—	—	—	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	104×62×92	96×66×85	76×66×85	68×55×85	251×61×91	251×61×193
❖ **Масса, кг**						
изделие	61,4	17	15	12	86	105
брутто, не более	65	20	20	18	95	109
❖ **Устанавливается на (см)**						
опоры регулируемые, В×⌀×Др	4 шт.: 2,1×2,3×2	—	—	—	12 шт.: 2,1×2,3×2	12 шт.: 2,1×2,3×2
колеса, Т×⌀	—	4 шт., (2 шт., с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 шт., с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 шт., с тормозом): 1,9×5	—	—
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
изделие	60	12	12	12	60	60
ящик	20	—	—	—	—	—
полка	15	15	15	15	15	15
дверь	3	—	—	—	3	3
тумба	—	—	—	—	30	30
стеллаж	—	—	—	—	—	7
❖ **Усилия, Н (кгс)**						
выдвигания ящика	не более 50 (5)	—	—	—	—	—
трогания	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	—
включения блокировки,	—	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	—	—
перемещения при блокировке	—	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	—	—


AR-L22


AR-L22N


AR-L23



AR-L23N


AR-L24


AR-L24N

AR-L22, AR-L22N, AR-L23, AR-L23N, AR-L24, AR-L24N: технические параметры

Параметр	AR-L22	AR-L22N	AR-L23	AR-L23N	AR-L24	AR-L24N
❖ **Материалы**						
каркас, ящик, полка, дверь, тумба	УС	УС	УС	УС	УС	УС
столешница	ПФ	ПФ	ПФ	НС	ПФ	ПФ
мойка, гипсоотстойник	—	—	—	НС	—	—
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×Вст./Вобщ.	250×60×90	250×60×90/ 183	250×60×90	185×55×93,8/ 139,1	250×60×90	250×60×90/ 183
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т×Вб	250×60×2,6×2	250×60×2,6×2	250×60×2,6×2	185×55×1,7×2	250×60×2,6× 2	250×60×2,6×2
стеллаж, Д×Ш×В	—	249,8×25×93	—	185×30×45,3	—	249,8×25×93
приемное отверстие для отходов гипса, Д×Ш	—	—	—	24,3×18	—	—
гипсоотстойник, Ш×Г×В	—	—	—	Трехсекционный с крышкой. 39,8×39,8×28,1	—	—
задняя стенка, Ш×В,	—	—	—	185×78	—	—
тумба, Ш×Г×В	3 шт.: 50×50×88,3	3 шт.: 50×50×88,3	3 шт.: 50×50×88,3	185×45,7×82	3 шт.: 50×50×88,3	3 шт.: 50×50×88,3
мойка, Ш×Г×В	—	—	—	49×49×16	—	—
смеситель, В×⌀	—	—	—	1 шт., локтевой: 18,8×5	—	—
ящик, Ш×Г×В×Вф	4 (3+1) 1 – 3: 41,6×43×6,7×12; 4: 41,6×43×30,7×36	4 (3+1) 1 – 3: 41,6×43×6,7×12; 4: 41,6×43×30,7×36	6 шт., (2+3+1) 1–2: 41,6×43×5×6 3–5: 41,6×43×6,7×12 6: 41,6×43×18×23,5	3 шт.: 56,3×43×19×25,7	1 тумба: 6 шт., (2+3+1) 1–2: 41,6×43×5×6 3–5: 41,6×43×6,7×12 6: 41,6×43×18×23,5 2 тумба: 4 шт. (3+1) 1 – 3: 41,6×43×6,7×12; 4: 41,6×43×30,7×36	1 тумба: 4 шт. (3+1) 1 – 3: 41,6×43×6,7×12; 4: 41,6×43×30,7×36 2 тумба: 6 шт., (2+3+1) 1–2: 41,6×43×5×6 3–5: 41,6×43×6,7×12 6: 41,6×43×18×23,5
дверь, Ш×В×Т	2 шт., распашная: 45×72,5×1,3	2 шт., распашная: 45×72,5×1,3	2 шт., распашная: 45×72,5×1,3	2 шт., распашная: 61,3×77,6×1,3	1 шт., распашная: 45×72,5×1,3	1 шт., распашная: 45×72,5×1,3
полка, Д×Ш×Т×Вб	4 шт.: 42,2×48×0,15×2	4 шт.:42,2×48×0,15×2	4 шт.: 42,2×48×0,15×2	1 шт.: 58,4×44,2×0,12×1,5 1 шт.: 54,4×40×9,5	2 шт.: 42,2×48×0,12×2	2 шт.: 42,2×48×0,12×2
ручка-скоба, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×Вст./Вобщ.	251×61×91	251×61×193	251×61×91	186×58×143	251×61×91	251×61×193
❖ **Масса, кг**						
изделия	103	125,7	110	100	102	139
брутто, не более	109	130	112	106	127	142
❖ **Устанавливается на (см)**						
опоры регулируемые, В×⌀×Др	12 шт.: 2,1×2,3×2	12 шт.: 2,1×2,3×2	12 шт.: 2,1×2,3×2	6 шт.: 9,7×5,1×3	12 шт.: 2,1×2,3×2	12 шт.: 2,1×2,3×2
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
изделие	60	60	60	80	60	60
ящик	20	20	15	15	15	15
полка	15	15	15	15	15	15
дверь	3	3	3	3	3	3
стеллаж	—	30	—	10	—	30
мойка	—	7	—	20	—	—
❖ **Усилия, Н (кгс)**						
выдвигания ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)


AR-L31


AR-L31-1


AR-L32


AR-L33


AR-L33T


AR-L34


AR-L35

AR-L31, AR-L31-1, AR-L32, AR-L33, AR-L33T, AR-L34, AR-L35: технические параметры

Параметр	AR-L31	AR-L31-1	AR-L32	AR-L33	AR-L33T	AR-L34	AR-L35
❖ **Материалы**							
каркас	НС	УС	УС	УС	НС	УС	УС
столешница	НС	ПФ, Ст.	ПФ, Ст.	ПФ, Ст.	НС	ПФ, Ст.	ПФ, Ст.
ящик	—	—	УС	УС	—	УС	УС
полка	НС	УС	—	—	—	—	—
дверь	НС	УС	—	—	—	—	—
тумба	НС	УС	УС	УС	—	УС	УС
мойки	—	—	—	—	НС	—	—
душ	—	—	—	—	НС	—	—
покрытие	БП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	БП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**							
изделие, Д×Ш×В	120×60×90	120×60×90	120×60×90	120×60×90	250×74×86	120×60×90	120×60×90
каркас, Т	0,08	0,12	0,12	0,12	0,18	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т×Вб	120×60×1,7×2	120×60×2,6×2	120×60×2,6×2	120×60×2,6×2	250×74×5	120×60×2,6×2	120×60×2,6×2
тумба, Ш×Г×В	50×50×88,3	50×50×88,3	50×50×88,3	50×50×88,3	—	50×50×88,3	50×50×88,3
ножка стола, Д×Ш×В	5×5×88,3	5×5×87,4	5×5×87,4	5×5×87,4	—	5×5×87,4	5×5×87,4
мойка, Ш×Г×В	—	—	—	—	40×40×25	—	—
смеситель, В×⌀	—	—	—	—	1 шт., обычный: 36,6×5,2	—	—
душ, Д×⌀×В	—	—	—	—	320×2×12,5	—	—
ящик, Ш×Г×В×Вф	—	—	4 шт., (3+1) 1 – 3: 41,6×43×6,7×12; 4: 41,6×43×30,7×36	6 шт., (2+3+6) 1–2: 41,6×43×5×6 3–5: 41,6×43×6,7×12 6: 41,6×43×18×23,5	—	4 шт., (1+3) 1: 41,6×43×30,7×36 2-4: 41,6×43×6,7×12	2 шт.: 41,6×43×30,7×36,3
дверь, Ш×В×Т	1 шт., распашная: 49,5×77×1,3	1 шт., распашная: 45×72,5×1,3	—	—	—	—	—
полка, Д×Ш×Т×Вб	2 шт.: 45,7×48×0,08×1,5	2 шт.: 42,2×48×0,12×2	—	—	—	—	—
ручка-скоба, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	—	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	121×61×91	121×61×91	121×61×91	121×61×91	252×76×123	121×61×91	121×61×91
❖ **Масса, кг**							
изделия	29	29	32	42	56,7	39	29
брутто, не более	35	35	40	50	70	45	35
❖ **Устанавливается на (см)**							
опоры регулируемые, В×⌀×Др	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	2 шт.: 2,1×2,3×2	6 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
❖ **Максимальная нагрузка, кг**							
изделие	40	40	40	40	220	40	40
ящик	—	—	15	15	—	15	15
полка	15	15	—	—	—	—	—
дверь	3	3	—	—	—	—	—
тумба	30	30	30	30	—	30	30
мойка	—	—	—	—	20	—	—
❖ **Усилия, Н (кгс)**							
выдвигания ящика	—	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)


AR-L41


AR-L42


AR-L43


AR-L44


AR-L50


AR-L50.1

AR-L41, AR-L42, AR-L43, AR-L44, AR-L50, AR-L50.1: технические параметры

Параметр	AR-L41	AR-L42	AR-L43	AR-L44	AR-L50	AR-L50.1
❖ **Материалы**						
каркас	УС	УС	УС	УС	НС	НС
столешница	ПФ, Ст.	ПФ, Ст.	ПФ, Ст.	ПФ, Ст.	—	—
ящик	УС	УС	УС	УС	НС	НС
полка	УС	—	—	—	НС	НС
дверь	УС	—	—	—	—	—
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	БП	БП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×Вст×Вобщ	120×60×90	120×60×90	120×60×90	120×60×90	60×46×89	74×50×89
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	0,08
столешница, Д×Ш×Т×Вб	120×60×2,6×2	120×60×2,6×2	120×60×2,6×2	120×60×2,6×2	—	—
тумба, Ш×Г×В	50×50×88,3	50×50×88,3	50×50×88,3	50×50×88,3	—	—
ножка стола, Д×Ш×В	5×5×87,4	5×5×87,4	5×5×87,4	5×5×87,4	—	—
ящик, Ш×Г×В×Вф	1 шт.: 41,6×43×6,7×12	5 шт., (3+1+1от) 1 – 3: 41,6×43×6,7×12; 4: 41,6×43×30,7×36 1от: 41,6×43×6,7×12	6 шт.(2+3+1+1от) 1-2: 41,6×43×5×6 3-5: 41,6×43×6,7×12 6: 41,6×43×18×23,5 1от: 41,6×43×6,7×12	5 (1+3+1от) 1: 41,6×43×30,7×36 2-4: 41,6×43×6,7×12 1от: 41,6×43×6,7×12	2 шт.: 50,9×43×10×18,6	4 шт.: 30×44×7,9×12
дверь, Ш×В×Т	1 шт., распашная: 45×72,5×1,3	—	—	—	—	—
полка, Д×Ш×Т×Вб	2 шт.: 42,2×48×0,12×2	—	—	—	3 шт.: 56×44,2×0,08×2 Полка откидная: 24,9 × 44,3 × 3	3 шт.: 70×50×0,08×1,5
ручка-скоба, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	121×61×91	121×61×91	121×61×91	121×61×91	63×48×91	76×52×91
❖ **Масса, кг**						
изделия	34	38	49	45	30	32
брутто, не более	40	45	55	55	40	40
❖ **Устанавливается на (см)**						
опоры регулируемые, В×⌀×Др	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	—	—
колеса, Т×⌀	—	—	—	—	4 шт., (2 шт., с тормозом): 2,5×7,5	4 шт., (2 шт., с тормозом): 2,5×7,5
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
изделия	40	40	40	40	12	12
ящик	15	15	15	15	10	10
полка	15	—	—	—	10	10
дверь	3	—	—	—	—	—
❖ **Усилия, Н (кгс)**						
выдвигания ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
трогания	—	—	—	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)
включения блокировки,	—	—	—	—	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)
перемещения при блокировке	—	—	—	—	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)

6.2 Столик медицинский


AR-30.1


AR-30.2


AR-31.1


AR-31.2


AR-31.3

AR-30.1, AR-30.2, AR-31.1, AR-31.2, AR-31.3: технические параметры

Параметр	AR-30.1	AR-30.2	AR-31.1	AR-31.2	AR-31.3
❖ **Материалы**					
Каркас	УС	УС	УС	УС	УС
столешница	—	—	УС, Ст. на столешнице сверху	УС, Ст. на столешнице сверху	УС, Ст. на столешнице сверху
полка	УС, Ст (верхняя - со стеклом)	УС, Ст (верхняя - со стеклом)	—	—	—
ящик	—	—	УС	УС	УС
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**					
изделие, Д×Ш×Вмин	50×50×80	50×50×80	50×50×80	50×50×80	50×50× от 82,5 до 96
каркас, Т	0,2	0,2	0,12	0,12	0,12
столешница, Д×Ш	—	—	50×50	50×50	50×50
основание	Н-образное	С-образное	Н-образное	С-образное	Пятилучье
ящик, Ш×Г×В×Вф	—	—	41,6×43×6,7×12	41,6×43×6,7×12	41,6×43×6,7×12
полка, Д×Ш	Верхняя полка: 50×50 Нижняя полка.: 42×42	Верхняя полка: 50×50 Нижняя полка.: 42×42	—	—	—
ручка передвижения, Д×Ш×Т	—	—	29×3,0×1,5	15×2,7×1	15×2,7×1
ручка-скоба, Д×Ш×Т	—	—	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	51×51×81	51×51×81	51×51×81	51×51×81	51×51×81
❖ **Масса, кг**					
изделия	18,3	14,47	21,8	17,1	18,3
брутто, не более	24	19	28	23	24
❖ **Регулировка**					
высота, см	—	—	—	—	от 82,5 до 96: газлифт
❖ **Устанавливается на (см)**					
колеса, Т×⌀	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	5 шт., (все без тормоза): 5,3×5
❖ **Максимальная нагрузка, кг**					
изделие	10	10	12	12	12
полка	10	10	—	—	—
ящик	—	—	7	7	7
❖ **Усилия, Н (кгс)**					
выдвигания ящика	—	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
Трогания	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
включения блокировки	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)
перемещения при блокировке	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)


AR-32.1


AR-32.2


AR-32.3


AR-33.1


AR-33.1-1


AR-33.2


AR-33.3

AR-32.1, AR-32.2, AR-32.3, AR-33.1, AR-33.1-1, AR-33.2, AR-33.3: технические параметры

Параметр	AR-32.1	AR-32.2	AR-32.3	AR-33.1	AR-33.1-1	AR-33.2	AR-33.3
❖ **Материалы**							
каркас	УС	УС	УС	УС	НС	УС	УС
столешница	УС, Ст (на столешнице сверху)	УС, Ст (на столешнице сверху)	УС, Ст (на столешнице сверху)	УС, Ст (на столешнице сверху)	НС	УС, Ст (на столешнице сверху)	УС, Ст (на столешнице сверху)
ящик	УС	УС	УС	УС	НС	УС	УС
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	БП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**							
изделие, Д×Ш×Вмин	50×50×80	50×50×80	50×50× от 82,5 до 96	50×50×80	50×50×80	50×50×80	50×50× от 82,5 до 96
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	0,12	0,12
столешница, Д×Ш	50×50	50×50	50×50	50×50	50×50	50×50	50×50
основание	Н-образное	С-образное	Пятилучье	Н-образное	Н-образное	С-образное	Пятилучье
ящик, Ш×Г×В×Вф	2 шт.: 41,6×43×5,0×6	2 шт.: 41,6×43×5,0×6	2 шт.: 41,6×43×5,0×6	3 шт.: 41,6×43 6,7 x12	3 шт.: 44,6×43×6,7x12,9	3 шт.: 41,6 × 43 × 6,7 x 12	3 шт.: 41,6 × 43 × 6,7 x 12
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	15×2,7×1	15×2,7×1	15×2,7×1	29×3,0×1,5	15×2,7×1	15×2,7×1
ручка-скоба, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	55×53×81	55×53×81	51×51×85	51×51×81	51×51×81	51×51×81	
❖ **Масса, кг**							
Изделия	21,5	21	20	29,7	29,7	25,7	25,7
брутто, не более	25	25	24	36	36	32	32
❖ **Регулировка**							
высота, см	—	—	от 82,5 до 96: газлифт	—	—	—	от 82,5 до 96: газлифт
❖ **Устанавливается на (см)**							
колеса, Т×⌀	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	5 шт. (все без тормоза): 5,3×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 5,5×7,5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	5 шт. (все без тормоза): 5,3×5
❖ **Максимальная нагрузка, кг**							
изделие	12	12	12	12	12	12	12
ящик	7	7	7	7	7	7	7
❖ **Усилия, Н (кгс)**							
выдвигания ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
трогания	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
включения блокировки	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	—	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	—
перемещения при блокировке	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	—	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	—


AR-34.1


AR-34.2


AR-34.3

AR-34.1, AR-34.2, AR-34.3: технические параметры

Параметр	AR-34.1	AR-34.2	AR-34.3
❖ **Материалы**			
каркас	УС	УС	УС
Столешница	УС, Ст (на столешнице сверху)	УС, Ст (на столешнице сверху)	УС, Ст (на столешнице сверху)
ящик	УС	УС	УС
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**			
изделие, Д×Ш×Вмин	50×50×80	50×50×80	50×50× от 82,5 до 96
каркас, Т	0,12	0,12	0,12
столешница, Д×Ш	50×50	50×50	50×50
основание	Н-образное	С-образное	Пятилучье
ящик, Ш×Г×В×Вф	4 шт., (2+2) 1-2: 41,6×43×5×6 3-4: 41,6×43×6,7×12	4 шт., (2+2) 1-2: 41,6×43×5×6 3-4: 41,6×43×6,7×12	4 шт., (2+2) 1-2: 41,6×43×5×6 3-4: 41,6×43×6,7×12
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	15×2,7×1	15×2,7×1
ручка-скоба, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	51×51×81	51×51×81	51×51×85
❖ **Масса, кг**			
изделия	27,7	23,7	23,7
брутто, не более	33	29	29
❖ **Регулировка**			
высота, см	—	—	Газлифт: от 82,5 до 96
❖ **Устанавливается на (см)**			
колеса, Т×⌀	4 шт., (2 с тормозом): 5,5×7,5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	5 шт., (все без тормоза): 5,3×5
❖ **Максимальная нагрузка, кг**			
изделие	12	12	12
ящик	7	7	7
❖ **Усилия, Н (кгс)**			
выдвигания ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
трогания	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
включения блокировки	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	—
перемещения при блокировке	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	—


AR-35.1


AR-35.2


AR-35.3


AR-36.1


AR-36.2


AR-36.3

AR-35.1, AR-35.2, AR-35.3, AR-36.1, AR-36.2, AR-36.3: технические параметры

Параметр	AR-35.1	AR-35.2	AR-35.3	AR-36.1	AR-36.2	AR-36.3
❖ **Материалы**						
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС
Столешница	УС, Ст (на столешнице сверху)	УС, Ст (на столешнице сверху)	УС, Ст (на столешнице сверху)	УС, Ст (на столешнице сверху)	УС, Ст (на столешнице сверху)	УС, Ст (на столешнице сверху)
ящик	УС	УС	УС	УС	УС	УС
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×Вмин	50×50×80	50×50×80	50×50×от 82,5 до 96	50×50×80	50×50×80	50×50×от 82,5 до 96
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
столешница, Д×Ш	50×50	50×50	50×50	50×50	50×50	50×50
основание	Н-образное	С-образное	Пятилучье	Н-образное	С-образное	Пятилучье
ящик, Ш×Г×В×Вф	5 шт.(4+1) 1-4: 41,6×43×5×6 5: 41,6×43×6,7×12	5 шт.(4+1) 1-4: 41,6×43×5×6 5: 41,6×43×6,7×12	5 шт.(4+1) 1-4: 41,6×43×5×6 5: 41,6×43×6,7×12	6 шт.: 41,6×43×5×6	6 шт.: 41,6×43×5×6	6 шт.: 41,6×43×5×6
ручка, Д×Ш×Т	15×2,7×1	15×2,7×1	29×3,0×1,5	15×2,7×1	15×2,7×1	15×2,7×1
ручка-скоба, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	51×51×81	51×51×81	53×56×83,5	51×51×81	51×51×81	51×51×85
❖ **Масса, кг**						
Изделия	32	32	34,25	36	36	37
брутто, не более	37	37	37	39	39	39
❖ **Регулировка**						
высота, см	—	—	газлифт от 82,5 до 96	—	—	газлифт от 82,5 до 96
❖ **Устанавливается на (см):**						
колеса, Т×⌀	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	5 шт., (все без тормоза): 5,3×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	5 шт., (все без тормоза): 5,3×5
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
изделие	12	12	12	12	12	12
ящик	7	7	7	7	7	7
❖ **Усилия, Н (кгс)**						
выдвигания ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
Трогания	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
включения блокировки	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	—	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	—
перемещения при блокировке	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	—	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	—


AR-H21


AR-H21.1


AR-H25


AR-H26


AR-H27


AR-H27.1


AR-H29


AR-H30


AR-H31

AR-H21, AR-H21.1, AR-H25, AR-H26, AR-H27, AR-H27.1, AR-H29, AR-H30, AR-H31: технические параметры

Параметр	AR-H21	AR-H21.1	AR-H25	AR-H26	AR-H27	AR-H27.1	AR-H29	AR-H30	AR-H31
❖ **Материалы**									
каркас	УС	НС	УС	УС	УС	НС	НС	НС	НС
столешница	—	—	УС	УС	УС	НС	НС	НС	НС
ящик	—	—	УС	УС	УС	НС	—	—	—
полка	УС	НС	УС	УС	УС	НС	—	—	—
покрытие	КПЭП	БП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	БП	БП	БП	БП
❖ **Габаритные параметры, см**									
изделие, Д×Ш×Вмин	40×40×88	40×40×88	70×50×100	57×50×100	87× 50×100	87× 50×100	80×51,5× от 93 до 132,5	60×40×90	60×40×95
каркас, Т	0,12	0,08	0,12	0,12	0,12	0,08	0,1	0,1	0,1
столешница, Д×Ш×Т×Вб	—	—	63,5×50×0,12×2	50,5×50×0,12×2	87×48,9×0,12×2	87×48,9×0,08×2	80×51,5×0,1×1	60×40×0,08×1,7	60×40×0,08×1,7
сечение каркаса	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2	2×4, 8×4	2,5×2,5, ф2,5, ф2	2,5×2,5, ф2,5, ф2
основание	—	—	—	—	—	—	4-лучевое	3-лучевое	4-лучевое
ящик, Ш×Г×В	—	—	58,1×43×7,0	42,9×43×7,0	81,8×43×7,0	81,8×43×7,0	—	—	—
полка, Д×Ш×Т×Вб	3 шт.: 40×36×0,12×2	3 шт.: 40×36×0,08×1,8	59×47,5×0,12×1	2 шт.: 50,5×46×0,12×2	2 шт.: 87×48,9×0,12×2	2 шт.: 87×48,9×0,08×2	—	—	—
ручка-скоба, Д×Ш×Т	—	—	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	—	—	—
упаковка, Д×Ш×В, см	41×41×89	41×41×89	73×55×101	58×51×101	90×55×101	90×55×101	90×54×99	61×42×92	61×42×96
❖ **Масса, кг**									
изделия	8,4	8,4	32	13,1	24,5	24,5	14,2	5,5	6
брутто, не более	14	14	35	19	26	26	21,5	12	13
❖ **Регулировка**									
высоты, см	—	—	—	—	—	—	от 93 до 132,5 гидравлическая, ножная педаль	от 90 до 132 вручную	от 95 до 125 вручную
❖ **Устанавливается на (см)**									
колеса, Т×⌀	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 2,5×7,5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 5,5×7,5	4 шт., (2 с тормозом): 5,5×7,5	3 шт., (все с тормозом): 1,9×5	4 шт., (все с тормозом): 1,9×5
❖ **Максимальная нагрузка, кг**									
изделие	30	30	40	40	40	40	10	10	10
столешница	—	—	30	30	30	30	10	10	10
ящик	—	—	7	10	7	7	—	—	—
полка	10	10	10	10	10	10	—	—	—
❖ **Усилия, Н (кгс)**									
выдвигания ящика	—	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	—	—
трогания	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
включения блокировки	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)
перемещения при блокировке	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)


AR-H32


AR-H33


AR-H34


AR-H35


AR-H36


AR-H37


AR-H38

AR-H32, AR-H33, AR-H34, AR-H35, AR-H36, AR-H37, AR-H38: технические параметры

Параметр	AR-H32	AR-H33	AR-H34	AR-H35	AR-H36	AR-H37	AR-H38
❖ **Материалы**							
каркас	УС	УС	УС	НС	НС	НС	НС
столешница	—	—	—	НС	НС	—	—
ящик	—	—	—	—	НС	—	—
полка	стекло	Стекло и НС	НС	—	НС	НС	НС
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	БП	БП	БП	БП
❖ **Габаритные параметры, см**							
изделие, Д×Ш×Вмин	76×47×80	76×47×80	76×47×80	70×50×95	77,5×51,5×95,5	65×45×90	125×78×110
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,1	0,08	0,08	0,08
столешница, Д×Ш×Т×Вб	—	—	—	70×50×0,08×1,5	69×51,5×0,08×2	—	—
сечение каркаса	2×2	2×2	2×2	2,5×2,5, ф2,5, ф2	2×2	2×2	2,5×2,5, ф2,5, ф6
основание	—	—	—	4-лучевое	—	—	—
ящик, Ш×Г×В×Вф	—	—	—	—	1 шт.: 61,9×43×13,6×18,6	—	—
полка, Д×Ш×Т×Вб	2 шт.: 66,5×42×0,4×1,5	2 шт.: 1 Ст.: 66,5×42×0,4×1,5 1 НС: 67,4×42,4×0,12×0,7	2 шт.: 67,4×42,4× 0,12×0,7	—	1 шт.: 69×47,5×0,08×2	3 шт.: 48,9×45,3×0,08×2	2 шт.: 112,5×78×0,08×2
ручка-скоба, Д×Ш×Т	—	—	—	—	29×3,0×1,5	—	—
упаковка, Д×Ш×В, см	77×48×81	77×48×81	77×48×81	71×51×96	78,5×52,5×96,5	66×46×91	126×79×111
❖ **Масса, кг**							
изделия	15,2	13,6	14	6,5	18	13	26
брутто, не более	18	18	18	13	25	20	33
❖ **Регулировка**							
высоты, см	—	—	—	от 95 до 125, вручную	—	—	—
❖ **Устанавливается на (см)**							
колеса, Т×⌀	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 5,5×7,5	4 шт., (2 с тормозом): 2,5×7,5	4 шт., (2 с тормозом): 4×12,5
❖ **Максимальная нагрузка, кг**							
изделие	10	10	10	10	40	30	20
ящик	—	—	—	—	10	—	—
столешница	—	—	—	10	10	—	—
полка	10	10	10	—	10	10	10
❖ **Усилия, Н (кгс)**							
выдвигания ящика	—	—	—	—	не более 50 (5)	—	—
трогания	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
включения блокировки	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)	не более 55 (5.5)
перемещения при блокировке	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)	не менее 40 (4)

7 Ввод в эксплуатацию

В данном разделе приведены основные требования для правильного ввода в эксплуатацию изделия, чтобы обеспечить его безопасную и долговременную эксплуатацию.

	Рекомендуем, чтобы монтажом изделия занимался квалифицированный технический персонал с соблюдением требований по безопасности, принятыми в ЛПУ, либо обращайтесь к уполномоченному представителю или производителю для получения консультации и технической поддержки.

7.1 Ввод в эксплуатацию изделия

После доставки изделия в ЛПУ выполните следующие действия:

7.1.1 Проверка комплектности и внешнего вида

Сверьте фактическую комплектацию изделия с сопроводительными документами (накладная, паспорт/эксплуатационная документация).

Осмотрите изделие и съёмные элементы на наличие видимых механических повреждений, следов деформаций, коррозии, нарушений покрытий, а также повреждений упаковки, которые могли повлиять на сохранность изделия при транспортировании.

При выявлении серьёзных повреждений, влияющих на безопасность, эксплуатация изделия не допускается до проведения оценки технического состояния и, при необходимости, ремонта или замены.

7.1.2 Сборка изделия

При поставке изделия в разобранном виде: собрать изделие согласно паспорту

7.1.3 Размещение изделия

Осторожно переместите изделие в предполагаемое место эксплуатации, учитывая:

- удобство подъезда и маневрирования для медицинского персонала;
- соблюдение требований по пожарной безопасности и эвакуационным путям.

Установите изделие на ровный участок пола, убедившись, что все опоры (и/или колёса для мобильных моделей) находятся в одной плоскости и отсутствует заметный перекос или зазор между опорами и поверхностью пола. При наличии регулируемых опор выполните при необходимости их регулировку для обеспечения устойчивости изделия.

7.1.4 Установка съёмных элементов

Установите на изделие все предусмотренные конструкцией съёмные элементы в соответствии с эксплуатационной документацией.

Съёмные элементы должны быть установлены без люфтов и самопроизвольных перемещений при лёгком покачивании.

7.2 Предэксплуатационная проверка

Перед первым использованием изделия выполните проверку работоспособности основных узлов:

7.2.1 Проверка колёсных опор и хода

Для моделей изделия на колёсных опорах переместите изделие по ровной поверхности, оцените плавность хода, отсутствие заеданий, посторонних шумов и выраженного люфта колёс.

Убедитесь в отсутствии видимых повреждений колёсных блоков, шин и элементов крепления колёс.

7.2.2 Проверка тормозных устройств

Для моделей изделия с тормозными устройствами на колёсах поочерёдно включите и выключите тормоза, убедитесь:

в чётком срабатывании механизма (педали/рычаги фиксируются в рабочих положениях);

- в надёжной фиксации изделия в неподвижном состоянии на ровной поверхности при включённых тормозах;
- в отсутствии самопроизвольного скатывания изделия при лёгком толчке при включённых тормозах.

7.2.3 Проверка устойчивости и целостности конструкции

Визуально осмотрите несущую раму, столешницы, полки, тумбы, сварные швы и крепёжные элементы на предмет трещин, деформаций, следов коррозии и ослабленных соединений.

Лёгким усилием проверьте отсутствие чрезмерного люфта и расшатывания элементов конструкции.

7.2.4 Проверка работы подвижных и фиксирующих элементов

Для моделей изделия с регулируемыми или подвижными элементами (например, выдвижные ящики, регулируемые по высоте столики, дополнительные модули) проверьте:

- плавность перемещения без заеданий и перекосов;
- надёжность фиксации в рабочих положениях;
- отсутствие самопроизвольного изменения положения.

7.2.5 Подготовка к первому использованию

При необходимости очистите наружные поверхности изделия от пыли и следов транспортировки в соответствии с разделом «Очистка и дезинфекция».

Ознакомьте персонал с расположением органов управления, а также с основными мерами предосторожности при эксплуатации.

7.3 Информирование и обучение персонала

До начала эксплуатации изделием должны пользоваться только лица, ознакомленные с настоящей инструкцией по применению и локальными инструкциями ЛПУ по безопасной организации рабочих мест, размещению инструментов и материалов, безопасному обращению с мебелью в медицинских кабинетах и палатах.

Рекомендуется провести вводный инструктаж для медицинского персонала с демонстрацией:

- правил размещения и сортировки инструментов, материалов и оборудования на изделии;
- правил включения и выключения тормозных устройств на колёсных опорах (при их наличии);
- особенностей перемещения мобильных моделей изделия на колёсах внутри помещения, в том числе через пороги и стыки пола;

Факт проведения инструктажа рекомендуется фиксировать в установленном в медицинской организации порядке.

7.4 Поддержка

Если у вас возникли вопросы или потребовалась поддержка, свяжитесь с нашим уполномоченным представителям для получения дополнительной информации или консультаций.

Изделия поставляются в собранном или разобранном виде.

8 Применение изделия

8.1 Общие положения

	К эксплуатации изделия допускается только обученный медицинский персонал, ознакомленный с настоящей инструкцией, локальными инструкциями по безопасной эксплуатации изделия. Пациенты и их представители не являются пользователями (операторами) изделия.

Перед каждым применением изделия необходимо выполнить предэксплуатационный осмотр и проверки, указанные в разделе «Ввод в эксплуатацию» и «Меры предосторожности».

8.2 Подготовка изделия к применению

Перед размещением пациента и/или проведением процедур с использованием изделия выполните следующие действия:

1. Установите изделие на ровной, твёрдой и чистой поверхности, убедившись, что все опоры или колёса (для мобильных моделей) находятся в одной плоскости.
2. При наличии колесных опор включите тормозные устройства на предусмотренных колёсах, зафиксировав изделие в неподвижном состоянии.
3. Проверьте:
   - целостность несущего каркаса, столешниц, полок, тумб, выдвижных элементов;
   - отсутствие видимых трещин, деформаций, выраженной коррозии, разрывов обивки и иных повреждений;
   - исправность подвижных, выдвижных и фиксирующих механизмов (выдвижные ящики, регулируемые по высоте столики, дополнительные модули, колёсные опоры и тормозные устройства — для соответствующих моделей).
4. Установите съёмные элементы изделия (полки, выдвижные ящики, дополнительные модули) в рабочее положение и убедитесь в их надёжной фиксации и отсутствии самопроизвольных перемещений.
5. При необходимости подготовьте расходные материалы (одноразовые простыни, пелёнки и пр.) в соответствии с локальными инструкциями.

При обнаружении дефектов, влияющих на безопасность, эксплуатация изделия не допускается до устранения неисправностей.

8.3 Столы медицинские (стационарные и с тумбами/стеллажами)

8.3.1 Подготовка к использованию

- Установите стол на ровной, твёрдой и чистой поверхности пола.
- При наличии регулируемых опор отрегулируйте их так, чтобы все опоры устойчиво опирались на пол, без перекоса.
- Проверьте:
  - • целостность несущего каркаса, столешницы, полок, тумб, выдвижных ящиков и (при наличии) стеллажей;
  - • отсутствие трещин, деформаций, выраженной коррозии, сколов и отслоений покрытия, острых кромок;
  - исправность подвижных и выдвижных элементов (ящики, дополнительные полки, модули) и их фиксации в закрытом/рабочем положении.
- Установите съёмные элементы (полки, ящики, дополнительные модули) в рабочее положение и убедитесь в их надёжной фиксации.
- При необходимости застелите рабочую поверхность одноразовыми или многоразовыми укрывными материалами в соответствии с локальными требованиями.
- При обнаружении дефектов, способных повлиять на безопасность или устойчивость, эксплуатация стола не допускается до устранения неисправностей.

8.3.2 Использование по назначению

- Размещайте инструменты, материалы и оборудование в соответствии с их массой и частотой использования: более тяжёлые предметы — на нижних полках и в нижних ящиках, лёгкие — на верхних.
- Равномерно распределяйте нагрузку по столешнице и полкам, избегая сосредоточения тяжёлых предметов на краях.

- При работе с жидкостями и реактивами размещайте их так, чтобы минимизировать риск пролива на края и пол.
- Для моделей со встроенной мойкой:
  - используйте мойку в соответствии с назначением (мытьё рук, инструментов, посуды, санитарная обработка);
  - не превышайте допустимую нагрузку на мойку и прилегающие поверхности;
  - избегайте попадания в слив крупных твёрдых предметов.

8.3.3 Ограничения и меры безопасности при эксплуатации

- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на стол в целом и на отдельные элементы (столешницу, полки, ящики, стеллаж, мойку), указанную в технических характеристиках.
- Не используйте стол как:
  - подмостки, стремянку или платформу для стояния;
  - сиденье для персонала или посетителей;
  - опору для подъёма и подтягивания.
- Не опирайтесь всем весом на выдвинутые ящики, полки или стеллажи.
- При появлении признаков деформации, расшатывания или перекоса конструкции выведите стол из эксплуатации до устранения причин.

8.4 Столы медицинские (инструментальные, на колёсах, с регулировкой высоты)

8.4.1 Подготовка к использованию

- Установите стол на ровной, твёрдой и чистой поверхности пола.
- Для моделей на колёсах:
- проверьте целостность колёс и надёжность их крепления;
- убедитесь в исправности тормозных устройств.
- Проверьте:
  - целостность каркаса, столешницы, полок, ящиков (если предусмотрены);
  - отсутствие трещин, деформаций, выраженной коррозии, острых кромок;
  - исправность механизма регулировки высоты (для соответствующих моделей) и выдвижных/подвижных элементов.
- При необходимости отрегулируйте высоту стола (для моделей с регулировкой), затем зафиксируйте её штатными элементами.
- При обнаружении дефектов, влияющих на устойчивость или возможность безопасного размещения инструментов и материалов, эксплуатация стола не допускается до устранения неисправностей.

8.4.2 Эксплуатация

- Размещайте инструменты и материалы так, чтобы более тяжёлые предметы располагались ближе к центру столешницы или на нижних полках/в ящиках.
- Не перегружайте столешницу и полки сверх указанной максимальной нагрузки.
- Для моделей с выдвижными ящиками:
  - выдвигайте ящики плавно, без рывков;
  - избегайте одновременного полного выдвижения нескольких ящиков, если это может ухудшить устойчивость.
- Для мобильных моделей:
  - при выполнении манипуляций фиксируйте колёса тормозами;
  - при перемещении стола контролируйте скорость, избегайте резких рывков и наездов на препятствия.

8.4.3 Ограничения и меры безопасности при эксплуатации

- Не используйте стол как опору для сидения, стояния или подъёма.
- Не опирайтесь всем весом на столешницу или выдвинутые элементы.
- Не размещайте на столе тяжёлое оборудование, масса которого превышает допустимую нагрузку для столешницы или полок.
- При перемещении стола с размещёнными на нём предметами:
  - перемещайте плавно, контролируя устойчивость;
  - при необходимости удерживайте стол за предусмотренные для этого элементы (ручки, края каркаса)
  - избегайте перемещения по лестничным маршам и резким перепадам высоты пола.

8.5 Действия после завершения применения

После каждого использования изделия:

1. Снимите и утилизируйте одноразовые материалы (простыни, пелёнки и др.), если они использовались при проведении процедур, в соответствии с локальными правилами обращения с медицинскими отходами.
2. Проведите очистку и дезинфекцию изделия в соответствии с разделом «Дезинфекция, очистка и уход за изделием» и локальными инструкциями, особенно тщательно обработав поверхности, контактировавшие с пациентом или биологическими жидкостями.
3. При выявлении повреждений, нарушений работы подвижных узлов, признаков коррозии или других дефектов, способных повлиять на безопасность, выведите изделие из эксплуатации до проведения оценки технического состояния и, при необходимости, ремонта или списания.
4. После высушивания разместите изделие в отведённом месте хранения, обеспечив свободный доступ для последующего использования и не загромождая эвакуационные пути.

8.6 Ограничения применения

1. Изделие предназначено только для:
   - организации рабочего места медицинского персонала;
   - размещения, хранения и сортировки медицинских инструментов, материалов и оборудования
2. Изделие не предназначено для:
   - длительного пребывания пациентов в качестве стационарной кровати или поверхности для лежания/сидения
   - использования в качестве подмостков, стремянки, подставки для тяжёлого оборудования, сиденья для персонала или посетителей;
   - перемещения по лестничным маршам и иным поверхностям, не предусмотренным настоящей инструкцией;
   - эксплуатации вне помещений медицинских и оздоровительных организаций, если иное не оговорено в документации.
3. Не допускается:
   - использование изделия пациентами, детьми или сопровождающими лицами самостоятельно, без участия медицинского персонала;
   - превышение максимально допустимой нагрузки, указанной изготовителем, на каждое комплектующее;
   - эксплуатация изделия при наличии видимых дефектов (трещины, деформации, выраженная коррозия, повреждения обивки, неработающие тормоза или колёсные опоры и т.п.);
   - использование съёмных элементов, не предназначенных для данного изделия или не одобренных изготовителем.

Эксплуатация изделия вне установленных диапазонов температуры, влажности и условий окружающей среды, а также применение дезинфицирующих средств, не рекомендованных изготовителем, может привести к снижению безопасности и сокращению срока службы изделия и не допускается.

9 Перечень и описание материалов

Перечень и описание материалов медицинского изделия, **вступающих в непосредственный контакт с** организмом **пациента**

Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в непосредственный контакт с организмом пациента

Назначение материала	Материал, марка	Производитель (страна)
Корпус (углеродистая сталь с покрытием краска порошковая эпоксидно-полиэфирная)	Сталь холоднокатаная конструкционная, марка 08пс, категория 5 по ГОСТ 16523-97	ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ», РФ
	Окрашенный Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная 9003	ООО "МАВ", Республика Беларусь
Корпус (нержавеющая сталь)	Листовой холоднокатаный металлопрокат из нерж. стали 4301/304 4N PVC	ООО "МАРЧЕГАЛИЯ РУ", РФ
Столешница (постформинг)	Плиты древесно-стружечные облицованные тип «Постформинг»	ООО"СКИФ», РОССИЯ,
Столешница (нержавеющая сталь)	Листовой холоднокатаный металлопрокат из нерж. стали 4301/304 4N PVC	ООО "МАРЧЕГАЛИЯ РУ", РФ
Стекло на столешницу стола (стекло)	Стекло листовое особо прозрачное марки Ultraview	АО «Салаватстекло», РФ

Перечень и описание материалов медицинского изделия, не вступающих в непосредственный контакт с организмом пациента

Назначение материала	Материал, марка	Производитель (страна)
Корпус (углеродистая сталь с покрытием краска порошковая эпоксидно-полиэфирная)	Сталь холоднокатаная конструкционная, марка 08пс, категория 5 по ГОСТ 16523-97	ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ», РФ
	Окрашенный краска порошковая эпоксидно-полиэфирная Цвет: RAL 1000, RAL 1001, RAL 1002, RAL 1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 1007, RAL 1011, RAL 1012, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 1016, RAL 1017, RAL 1018, RAL 1019, RAL 1020, RAL 1021, RAL 1023, RAL 1024, RAL 1027, RAL 1028, RAL 1032, RAL 1033, RAL 1034, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2001, RAL 2002, RAL 2003, RAL 2004, RAL 2008, RAL 2009, RAL 2010, RAL 2011, RAL 2012, RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, RAL 3005, RAL 3007, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3012, RAL 3013, RAL 3014, RAL 3015, RAL 3016, RAL 3017, RAL 3018, RAL 3020, RAL 3022, RAL 3027, RAL 3028, RAL 3031, RAL 4001, RAL 4002, RAL 4003, RAL 4004, RAL 4005, RAL 4006, RAL 4007, RAL 4008, RAL 4009, RAL 4010, RAL 5000, RAL 5001, RAL 5002, RAL 5003, RAL 5004, RAL 5005, RAL 5007, RAL 5008, RAL 5009, RAL 5010, RAL 5011, RAL 5012, RAL 5013, RAL 5014, RAL 5015, RAL 5017, RAL 5018, RAL 5019, RAL 5020, RAL 5021, RAL 5022, RAL 5023, RAL 5024, RAL 6000, RAL 6001, RAL 6002, RAL 6003, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6006, RAL 6007, RAL 6008, RAL 6009, RAL 6010, RAL 6011, RAL 6012, RAL 6013, RAL 6014, RAL 6015, RAL 6016, RAL 6017, RAL 6018, RAL 6019, RAL 6020, RAL 6021, RAL 6022, RAL 6024, RAL 6025, RAL 6026, RAL 6027, RAL 6028, RAL 6029, RAL 6032, RAL 6033, RAL 6034, RAL 6037, RAL 7000, RAL 7001, RAL 7002, RAL 7003, RAL 7004, RAL 7005, RAL 7006, RAL 7008, RAL 7009, RAL 7010, RAL 7011, RAL 7012, RAL 7013, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7022, RAL 7023, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7030, RAL 7031, RAL 7032, RAL 7033, RAL 7034, RAL 7035, RAL 7036, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7039, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7043, RAL 7044, RAL 7045, RAL 7046, RAL 7047, RAL 8000, RAL 8001, RAL 8002, RAL 8003, RAL 8004, RAL 8007, RAL 8008, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8022, RAL 8023, RAL 8024, RAL 8025, RAL 8028, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9011, RAL 9016, RAL 9017, RAL 9018.	ООО "МАВ", Республика Беларусь

Тип и наличие контакта медицинского изделия с организмом пациента определяются производителем изделия исходя из конструкции конкретной модели и условий её применения.

Для изделий серии «Стол медицинский ARTINOX™» контакт с неповреждённой кожей пациента возможен только через рабочие поверхности, на которых пациент может опираться, касаться или которые используются при выполнении лечебных, диагностических, гигиенических и профилактических процедур (столешницы, рабочие поверхности).

Элементы каркаса, фасады и прочие конструктивные части изделия, не предназначенные для размещения пациента или его частей тела, производителем определяются как не контактирующие с пациентом и выполняют исключительно несущие и мебельные функции.

Медицинский работник должен работать в перчатках.

Материалы биологического, животного происхождения не используются.

Лекарственные средства не используются.

10 Дезинфекция, очистка и стерилизация

10.1 Дезинфекция

Периодически проводите дезинфекцию 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода, после чего промывайте чистой водой и высушивайте. Сроки очередной дезинфекции согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

Для потребителей РФ: дезинфекция осуществляется согласно требованиям МУ-287-113

10.2 Очистка

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань или губку, смоченную в мыльном растворе, избегая абразивных средств.

10.3 Стерилизация

Нестерильные изделия для многократного применения, устойчивые к дезинфекции.

Нестерильные, стерилизации не подлежат.

11 Требования к техническому обслуживанию и ремонту

11.1 Техническое обслуживание

Наружные поверхности изделия должны регулярно осматриваться на наличие повреждений покрытия, следов коррозии, деформаций и других дефектов; при их обнаружении необходимо принять меры по устранению.
Крепёжные элементы (болты, гайки, винты, заклёпки) подлежат периодической проверке на наличие ослабления и коррозии; при необходимости ослабленные соединения подтягиваются, повреждённый крепёж заменяется.
Не допускается ударное воздействие на конструкцию изделия, а также эксплуатация изделия при видимых деформациях каркаса, колёсных опор или элементов ограждения.
Следует избегать воздействия на изделие открытого огня, высоких температур и агрессивных сред, не предусмотренных настоящей инструкцией, а также превышения допустимой нагрузки на платформу и съёмные элементы.
Колёсные опоры и тормозные устройства подлежат регулярной проверке: ход колёс должен быть плавным, тормоза — обеспечивать надёжную фиксацию изделия в неподвижном состоянии. При выявлении заеданий, повышенного люфта или ухудшения торможения необходимо провести очистку, при необходимости — замену узлов.
Съёмные элементы должны периодически проверяться на целостность, надёжность фиксации и отсутствие повреждений, влияющих на безопасность пациента или возможность проведения дезинфекции.
Соблюдение указанных требований технического обслуживания обеспечивает сохранение эксплуатационных характеристик, долговечность и безопасность использования изделия.

11.2 Ремонт

Производитель обеспечивает в гарантийный период техническое обслуживание и бесплатный ремонт дефектов поставленных изделий, возникших по вине производителя, силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания.
В послегарантийный период производитель обеспечивает на договорной основе техническое обслуживание и ремонт поставленных изделий силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания.
Техническое обслуживание и ремонт могут выполняться как по месту эксплуатации изделия, так и на производственных (или сервисных) площадках службы технического обслуживания, в зависимости от сложности, объёма работ и возможностей транспортировки изделия.
Выполнение ремонтных работ, связанных с разборкой несущего каркаса, колёсных опор, тормозных устройств и иных ответственных узлов, должно осуществляться только квалифицированным персоналом, допущенным к обслуживанию медицинской техники, в соответствии с конструкторской и эксплуатационной документацией производителя.

12 Утилизация

Изделия по окончанию срока службы и при потере потребительских свойств должны утилизироваться их непосредственным правообладателем с учетом нормативных требований страны-применения и прочими действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских изделий и материалов, из которых они изготовлены.
Для потребителей РФ: нормативным документом является СанПиН 2.1.3684-21
Упаковку нового изделия утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
Утилизацию неиспользованных изделий осуществляют в порядке, предусмотренном для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3614 и с инструкцией, действующей в лечебном учреждении.
Утилизацию использованных изделий осуществляют в порядке, предусмотренном для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии СанПиН 2.1.3614-21 и с инструкцией, действующей в лечебном учреждении.

13 Перечень стандартов применяемых в инструкции

ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска .
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

14 Комплектация изделия

Стол медицинский ARTINOX™

Модели:

№	Комплектация модели	Обозначение по тексту
1	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-E06 в составе: – Стол гипсовочный с мойкой – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-E06
2	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-E06-1 в составе: – Стол гипсовочный с мойкой – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-E06-1
3	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L01 в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., тумба с полками в сборе – 2 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 22 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L01
4	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L01-1 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L01-1
5	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L01N в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., тумба с полками в сборе – 2 шт., стеллаж – 1 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 22 шт., винт M4x35 ГОСТ 11738 – 4 шт., шайба пружинная M4 ГОСТ 6402 – 4 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L01N
6	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L01N-1 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L01N-1
7	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L02 в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., тумба с полками в сборе – 1 шт., тумба с ящиками в сборе – 1 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 22 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L02
8	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L02-1 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L02-1
9	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L02N в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L02N
10	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L02N-1 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L02N-1
11	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L03 в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., тумба с полками в сборе – 1 шт., тумба с ящиками в сборе – 1 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 22 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L03

№	Комплектация модели	Обозначение по тексту
12	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L03N в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., тумба с полками в сборе – 1 шт., тумба с ящиками в сборе: с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт., стеллаж – 1 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 22 шт., винт М4х35 ГОСТ 11738 – 4 шт., шайба пружинная М4 ГОСТ 6402 – 4 шт.) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L03N
13	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L04 в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., выдвижной ящик – 1 шт., тумба с полками в сборе – 1 шт., тумба с ящиками в сборе – 1 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 22 шт., винт М4х20 ГОСТ 11738 – 4 шт., шайба пружинная М4 ГОСТ 6402 – 4 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L04
14	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L04N в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., выдвижной ящик – 1 шт., тумба с полками в сборе – 1 шт., тумба с ящиками в сборе – 1 шт., стеллаж – 1 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 22 шт., винт М4х20 ГОСТ 11738 – 4 шт., шайба пружинная М4 ГОСТ 6402 – 8 шт., винт М4х35 ГОСТ 11738 – 4 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L04N
15	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L05N в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., выдвижной ящик – 2 шт., тумба с полками в сборе – 1 шт., тумба с ящиками в сборе – 1 шт., стеллаж – 1 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 22 шт., винт М4х20 ГОСТ 11738 – 4 шт., шайба пружинная М4 ГОСТ 6402 – 8 шт., винт М4х35 ГОСТ 11738 – 4 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L05N
16	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L06N в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L06N
17	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L06N-1 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L06N-1
18	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L06N-2 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L06N-2
19	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L06N-3 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L06N-3
20	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L10 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L10
21	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L10-1 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L10-1
22	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L11 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L11

№	Комплектация модели	Обозначение по тексту
23	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L12 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L12
24	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L12-1 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L12-1
25	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L12-2 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L12-2
26	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L12-3 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L12-3
27	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L12-4 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L12-4
28	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L13 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L13
29	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L14 в составе: – Стол с двумя мойками – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L14
30	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L14-1 в составе: – Стол с двумя мойками – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L14-1
31	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L14-2 в составе: – Стол с мойкой – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L14-2
32	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L15 в составе: – Стол операционный (Боброва) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L15
33	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L17 в составе: – Стол на колесах – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L17
34	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L17-1 в составе: – Стол на колесах – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L17-1
35	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L18 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L18

№	Комплектация модели	Обозначение по тексту
36	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L19 в составе: – Стол на колесах – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L19
37	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L19-1 в составе: – Стол на колесах – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L19-1
38	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L19-2 в составе: – Стол на колесах – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L19-2
39	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L21 в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., тумба с полками в сборе – 3 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 33 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L21
40	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L21N в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., тумба с полками в сборе – 3 шт., стеллаж – 1 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 33 шт., винт M4x35 ГОСТ 11738 – 4 шт., шайба пружинная M4 ГОСТ 6402 – 4 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L21N
41	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L22 в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., тумба с полками в сборе – 2 шт., тумба с ящиками в сборе – 1 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 33 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L22
42	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L22N в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., тумба с полками в сборе – 2 шт., тумба с ящиками в сборе – 1 шт., стеллаж – 1 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 33 шт., винт M4x35 ГОСТ 11738 – 4 шт., шайба пружинная M4 ГОСТ 6402 – 4 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L22N
43	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L23 в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., тумба с полками в сборе – 2 шт., тумба с ящиками в сборе – 1 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 33 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L23
44	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L23N в составе: – Стол гипсовочный с мойкой – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L23N
45	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L24 в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., тумба с полками в сборе – 1 шт., тумба с ящиками в сборе – 2 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 33 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L24
46	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L24N в составе: – Стол медицинский (столешница – 1 шт., тумба с полками в сборе – 1 шт., тумба с ящиками в сборе – 2 шт., стеллаж – 1 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (саморез с пресс-шайбой 4,2x16 DIN 968 – 33 шт., винт M4x35 ГОСТ 11738 – 4 шт., шайба пружинная M4 ГОСТ 6402 – 4 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L24N

№	Комплектация модели	Обозначение по тексту
47	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L31 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L31
48	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L31-1 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L31-1
49	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L32 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L32
50	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L33 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L33
51	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L33T в составе: – Стол с мойкой – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L33T
52	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L34 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L34
53	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L35 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L35
54	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L41 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L41
55	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L42 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L42
56	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L43 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L43
57	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L44 в составе: – Стол медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L44
58	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L50 в составе: – Стол анестезиолога – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L50
59	Стол медицинский ARTINOX™, модель AR-L50.1 в составе: – Стол анестезиолога – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-L50.1

№	Комплектация модели	Обозначение по тексту
60	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-30.1 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-30.1
61	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-30.2 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-30.2
62	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-31.1 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-31.1
63	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-31.2 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-31.2
64	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-31.3 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-31.3
65	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-32.1 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-32.1
66	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-32.2 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-32.2
67	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-32.3 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-32.3
68	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-33.1 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-33.1
69	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-33.1-1 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-33.1-1
70	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-33.2 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-33.2
71	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-33.3 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-33.3
72	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-34.1 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-34.1

№	Комплектация модели	Обозначение по тексту
73	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-34.2 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-34.2
74	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-34.3 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-34.3
75	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-35.1 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-35.1
76	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-35.2 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-35.2
77	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-35.3 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-35.3
78	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-36.1 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-36.1
79	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-36.2 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-36.2
80	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-36.3 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-36.3
81	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H21 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H21
82	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H21.1 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H21.1
83	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H25 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H25
84	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H26 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H26
85	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H27 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H27

№	Комплектация модели	Обозначение по тексту
86	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H27.1 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H27.1
87	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H29 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H29
88	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H30 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H30
89	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H31 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H31
90	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H32 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H32
91	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H33 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H33
92	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H34 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H34
93	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H35 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H35
94	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H36 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H36
95	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H37 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H37
96	Столик медицинский ARTINOX™, модель AR-H38 в составе: – Столик инструментальный – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 шт.	AR-H38

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

39 (тридцать девять) листов

Генеральный директор
ООО «АВ ТРАСТ»
А.В. Якимович

